



FUNKTIONEN

Öffnen oder schließen das Ende des getesteten Paares, wenn eine Person so eine Messung allein durchführen möchte, wo das ferne Ende des zu messenden Paares geöffnet oder kurzgeschlossen werden muss. (z.B. Kűpfműller Methode)

Strommessung an dem fernen Leitungsende, wenn zu der Fehlerortung die Graaf Methode angewendet wird. Bei der Graaf Methode wird der Störstrom an den zwei Enden der gemessenen Leitung gleichzeitig gemessen. Die Messung wird gesteuert von dem Master Gerät, dadurch kann das Master und das Intelligent Fernschalter (ECFL 30S) gleichzeitige periodischen Strommessungen durchführen.

SPEZIFIKATIONEN

Stromversorgung

AA – Alkalibatterien 4 Stück
 Betriebszeit..... ca. 500 Stunden
 Abschaltautomatik..... nach 4 Stunden

Anschlüsse

A, B, C Anschluss 4 mm Bananenbuchse
 Erdanschluss..... 4 mm Bananenbuchse

Mechanische Daten

Abmessungen 210 x 100 x 40 mm
 Gewicht (mit Batterie)ca. 0,4 kg

BESTELLDATEN

INTELLIGENT SLAVE ECFL 30S425-000-000

Inklusive:

AA – Alkalibatterien 4 Stück
 Messleitung 4 Stück

